

Warszawa, 21 stycznia 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/001/PS/01/22

Zamawiający, firma Fluence sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowej 5/7, 01-217 Warszawa, NIP: 5272776154, REGON: 365029156, zaprasza do składania ofert na dostawę oscyloskopu cyfrowego, zgodnie z zamieszczonymi niżej wymogami.

1. Parametry techniczne Przedmiotu Zamówienia:

Parametr	Wartość wymagana
Ilość kanałów analogowych	4
Maksymalne pasmo analogowe	min. 2 GHz
Maksymalne próbkowanie	min. 10 GSa/s
Pojemność pamięci	min. 500 Mpkt
Impedancja wejściowa	50 Ohm
Analizator logiczny	TAK
Ilość kanałów analizatora logicznego	min. 16
Wyzwalanie i analiza sygnałów magistrali szeregowej RS232/UART	TAK
Wyzwalanie i analiza sygnałów magistrali szeregowej I2C	TAK
Wyzwalanie i analiza sygnałów magistrali szeregowej SPI	TAK
Wyzwalanie i analiza sygnałów magistrali szeregowej CAN	TAK
Wyzwalanie i analiza sygnałów magistrali szeregowej LIN	TAK
Wbudowany generator przebiegów arbitralnych	TAK
Pasmo generatora arbitralnego (na każdym kanale)	min. 25MHz
Ilość kanałów generatora arbitralnego	min. 2
Funkcja analizy mocy	TAK
Diagramy oka w czasie rzeczywistym	TAK
Analiza jittera	TAK
Sondy pasywne wysokoimpedancyjne	min. 4
Pasmo sond pasywnych wysokoimpedancyjnych	min. 500MHz
Sondy pasywne niskoimpedancyjne	min. 2
Pasmo sond pasywnych niskoimpedancyjnych	Min. 1,5GHz
Interfejs komunikacyjny USB	TAK
Przekątna ekranu	min. 10"
Zdalne sterowanie przez przeglądarkę internetową	TAK

2. Pozostałe warunki, które musi spełniać oferta:

1. Minimalny okres gwarancji na oferowany sprzęt: 12 miesięcy.
2. Miejsce dostawy: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
3. Termin realizacji (dostawy) nie może być dłuższy niż 4 tygodnie.
4. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji oraz uruchomienia urządzenia w miejscu dostawy.
5. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

3. Składanie ofert:

1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: biuro@fluence.pl lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa w terminie do **1. lutego 2022 r.**
2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.
4. Osoba wyznaczona do kontaktu w kwestiach technicznych: dr Piotr Skibiński, e-mail: pskibinski@fluence.pl.
5. Złożona oferta wiąże Oferenta przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.

4. Kryterium oceny ofert

1. Wyłącznym kryterium oceny ofert spełniających wymagania jest cena.
2. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie najtańsza oferta spełniająca wszystkie wymagania opisane w zapytaniu.
3. Celem ujednoczenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.

5. Informacje dodatkowe

1. Celem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji programu badawczego zaplanowanego przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Lasery femtosekundowe emitujące na wybranych długościach fal domikroskopii wielofotonowej wybranego” w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

6. Załączniki

1. Formularz ofertowy nr 1 do zapytania Z/001/PS/01/22.