

Warszawa, 4.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z/004/MN/01/22

Zamawiający, firma Fluence sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, NIP: 5272776154, REGON: 365029156, zaprasza do składania ofert na dostawę spawarki światłowodowej, zgodnie z zamieszczonymi niżej wymogami.

1. Parametry Przedmiotu Zamówienia:

Opis wymaganych parametrów	Wartość wymaganych parametrów
Urządzenie do spawania światłowodów	
Możliwość spawania światłowodów o:	
<ul style="list-style-type: none">średnicy płaszcz	80 - 1200 um
<ul style="list-style-type: none">średnicy pokrycia ochronnego	80 - 2000 um
Min. długość uciętego światłowodu przy uchwycie:	
<ul style="list-style-type: none">za płaszcz	3 mm
<ul style="list-style-type: none">za pokrycie ochronne	8 mm
Typowe straty na spawie dla światłowodów typu:	
SMF	0,03 dB
DSF	0,05 dB
MMF	0,02 dB
PMF	0,026 dB
Możliwość osiowego wyrównywania parametrów	TAK
Możliwość obserwacji czoła spawanych światłowodów	TAK
Regulowany odstęp elektrod, min. zakres	1 - 3 mm
Minimalny zestaw uchwytów do światłowodów o średnicy	160 um, 250 um, 400 um
Łącze z komputerem (typ)	USB

Obcinarka światłowodów	
Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych z oferowanym urządzeniem do spawania światłowodów	TAK
Średnica przecinanego światłowodu	80 - 250 um
Długość przecinanego światłowodu	3 - 40 mm
Możliwość przecinania światłowodu pod kątem	0 - 15 stopni
Urządzenie do usuwania pokrycia ochronnego światłowodów	
Temperatura nagrzewania światłowodu	< 180 stopni C
Średnica usuwanego pokrycia ochronnego	250 um, 400 um
Czas nagrzewania światłowodu	< 5 sek.
Możliwość mocowania uchwytów światłowodowych kompatybilnych z oferowanym urządzeniem do spawania światłowodów	TAK
Warunki gwarancji i serwisu	
Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru stanowiącego przedmiot umowy wraz z instrukcją obsługi w języku polskim lub angielskim wraz z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Fluence Sp. z o.o. ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa	TAK
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz szkolenie personelu w zakresie pełnego funkcjonowania	TAK
Wykonawca zapewnia Zamawiającemu bezpłatną obsługę serwisową i naprawę uszkodzeń związanych z eksploatacją przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych i powstałych z winy Zamawiającego)	TAK
Wykonawca wymieni urządzenie na nowe w przypadku stwierdzenia uszkodzenia niemożliwego do usunięcia, a nie wynikającego z winy Zamawiającego	TAK
Okres gwarancji przedmiotu umowy w przypadku trwania naprawy dłużej niż 1 dzień ulega przedłużeniu o pełną ilość dni trwania naprawy	TAK

2. **Pozostałe warunki, które musi spełniać oferta:**

1. Minimalny okres gwarancji na oferowany sprzęt: 12 miesięcy.
 2. Miejsce dostawy: ul. Kolejowa 5-7, 01-217 Warszawa
 3. Termin realizacji (dostawy) nie może być dłuższy niż 15 tygodni.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do kompletnej instalacji oraz uruchomienia urządzenia w miejscu dostawy.
 5. Złożona oferta wiąże Wykonawcę przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
3. **Składanie ofert:**
1. Kompletna podpisana oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: biuro@fluence.pl lub w wersji papierowej na adres Fluence sp. z o.o., Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa w terminie do **12.01.2022** r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.
 4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty zastrzega sobie prawo do wezwania do dostarczenia mu (lub do przedstawienia do wglądu) oryginałów dokumentów, potwierdzających spełnianie kryteriów wymaganych niniejszą specyfikacją oraz prawem krajowym i wspólnotowym.
 5. Osoba wyznaczona do kontaktu w kwestiach technicznych: dr hab. Yuriy Stepanenko, e-mail: stepanenko@fluence.pl.
 6. Złożona oferta wiąże Oferenta przez 60 dni od momentu upływu terminu składania ofert.
4. **Kryterium oceny ofert**
1. Wyłącznym kryterium oceny ofert spełniających wymagania jest cena.
 2. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie najtańsza oferta spełniająca wszystkie wymagania opisane w zapytaniu.
 3. Celem ujednoczenia walut przy ocenie ofert wartości podane w innej walucie niż PLN zostaną przeliczone przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty.
5. **Informacje dodatkowe**
1. Celem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej, niezbędnej do realizacji programu badawczego zaplanowanego przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Lasery femtosekundowe emitujące na wybranych długościach fal do mikroskopii wielofotonowej wybranego” w ramach programu „Ścieżka dla Mazowsza” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
6. **Załączniki**
1. Formularz Ofertowy Nr 1 do zapytania Z/004/MN/01/22.